



**MTU - Monitor de Temperatura e Umidade**  
**Hospital de Testes - Banco de Sangue**  
**Relatório de Intercorrências - 04/07/2006**

---

**Setor: Sorologia**

0700 - Freezer                      Max: -18,0 - Min: -32,0      Evento:                      - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:  
Leitura ACIMA da faixa      -                      01:21 -                      17:45 -      4,0 - -31,7 - -21,60

---

**Setor: Imunohematologia**

0724 - Geladeira Revco              Max: 6,0 - Min: 2,0      Evento:                      - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:  
Leitura ABAIXO da faixa      -                      08:57 -                      07:24 -      3,5 - -0,3 - 1,17  
**Leitura ACIMA da faixa**      -                      **16:23** -                      **01:58** -      **22,2** -      **2,9** -      **9,14**  
Leitura ABAIXO da faixa      -                      19:24 -                      00:41 -      1,7 -      1,7 -      1,70

---

**Setor: Fracionamento**

0746 - Freezer Jewett              Max: -18,0 - Min: -30,0      Evento:                      - Início (hh:mm): - Duração (hh:mm): - Max: - Min: - Med:  
Leitura ACIMA da faixa      -                      16:04 -                      00:02 -      136,0 -      136,0 -      136,00